


## F NOTICE BELOTERO® SOFT

## GB INSTRUCTIONS FOR USE FOR BELOTERO® SOFT

## D GEBRAUCHSINFORMATION FÜR BELOTERO® SOFT

## I ISTRUZIONI PER L'USO DI BELOTERO® SOFT



Ailette en position adéquate pour l'injection

Backstop in the right position during injection

Korrekte Position der Fingerauflage bei der Injektion.

Posizione corretta del pistone durante l'iniezione

## F NOTICE BELOTERO® SOFT

## Description

BELOTERO Soft est un gel stérile, transparent, incolore, apyrogène et viscoélastique, composé de hyaluronate de sodium réticulé d'origine non animale, dans un tampon phosphate physiologique.

## Présentation

BELOTERO Soft est présenté en seringue en verre stérile pré-remplie à usage unique, stérilisée par chaleur humide. Chaque boîte contient une notice, une seringue, deux étiquettes de traçabilité et deux aiguilles stériles marquées CE à usage unique. Les dimensions des aiguilles sont indiquées sur l'étui.

## Composition

Hyaluronate de sodium réticulé : 20,0 mg/ml

Tampon phosphate pH 7 QSP : Volume du gel dans une seringue

Le volume de gel dans chaque seringue est indiqué sur l'étui.

## Indications

BELOTERO Soft est un produit de comblement injectable et résorbable indiqué dans la correction des rides et des ridules du visage ainsi que dans l'augmentation du volume des lèvres. Il est également indiqué dans la correction des cicatrices atrophiques du visage.

## Posologie et mode d'administration

BELOTERO Soft est destiné à être injecté dans le derme superficiel à moyen par un praticien légalement habilité.

BELOTERO Soft peut être utilisé sur tous les types de peau. Pour garantir la réussite du traitement, le praticien doit avoir suivi une formation spécifique sur les techniques d'injection visant à combler les rides et les sillons. De bonnes connaissances de l'anatomie et de la physiologie du site à traiter sont exigées.

Ce traitement doit être administré dans des conditions d'asepsie appropriées.

BELOTERO Soft doit être injecté dans une peau saine, non inflammatoire et rigoureusement désinfectée.

Si nécessaire, une anesthésie locale ou loco-régionale peut être indiquée (se reporter à la notice du produit utilisé).

Il est recommandé d'utiliser l'une des aiguilles fournies.

Pour garantir l'usage optimal de BELOTERO Soft, l'aiguille doit être assemblée conformément aux schémas présentés ci-dessous.

BELOTERO Soft peut être associé à d'autres produits BELOTERO au cours d'une même séance en conformité avec les instructions d'utilisation relatives à chaque produit.

En cas d'obstruction de l'aiguille, la pression d'injection devient trop importante. Interrrompre l'injection et changer l'aiguille.

BELOTERO Soft doit être injecté lentement. La quantité de gel à injecter dépend de la zone à traiter et de la correction souhaitée. Ne pas surcorner. La zone traitée doit être massée délicatement après l'injection afin de répartir uniformément le produit.

## Contre-indications

BELOTERO Soft est contre-indiqué dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue à l'un des composants du produit, en particulier au hyaluronate de sodium ;
- grossesse et allaitement ;
- patients de moins de 18 ans ;
- patients présentant une infection généralisée.

Ne pas injecter BELOTERO Soft dans les vaisseaux sanguins.

Ne pas injecter BELOTERO Soft dans des zones présentant des problèmes cutanés de type inflammatoires ou infectieux (acné, herpès, etc.).

Ne pas injecter BELOTERO Soft dans une zone déjà traitée par un produit de comblement permanent.

## Précautions d'emploi

Avant le traitement, le patient doit être informé sur le produit, ses contre-indications et ses effets secondaires éventuels.

En l'absence de données cliniques disponibles sur la tolérance et l'efficacité des injections de BELOTERO Soft chez les patients présentant ou ayant présenté une maladie auto-immune ou chez les patients ayant des antécédents d'allergies multiples sévères ou de choc anaphylactique, il convient de décider au cas par cas de la pertinence d'un traitement par BELOTERO Soft, en tenant compte de la nature de l'affection et du traitement associé.

Il est conseillé de proposer un double test préalable à ces patients, et de ne pas réaliser d'injection si la maladie est en cours d'évolution. Il est également recommandé de surveiller très étroitement ces patients après l'injection. Il est recommandé de ne pas injecter BELOTERO Soft chez les patients ayant des antécédents de maladies à streptocoques ou prédisposés aux chéloïdes ou cicatrices hypertrophiques.

BELOTERO Soft ne doit être injecté dans la zone glabellaire que par des praticiens qualifiés et expérimentés connaissant parfaitement l'anatomie de cette région. L'injection de produits de comblement dermiques dans cette zone peut être à l'origine d'un risque d'occlusion vasculaire locale, d'ischémie ou de nécrose.

BELOTERO Soft ne doit être injecté dans la zone périorbitaire que par des praticiens qualifiés et expérimentés connaissant parfaitement l'anatomie de cette région. L'injection de produits de comblement dans cette zone peut être associée à une augmentation de la fréquence et de la sévérité des effets secondaires.

BELOTERO Soft ne doit pas être utilisé en association avec d'autres techniques de médecine esthétique telles que peeling, dermabrasion ou tout type de traitement laser avant la cicatrisation complète du traitement précédent. Dans tous les cas, même si la cicatrisation est rapide, une période d'au moins deux semaines doit être observée après le dernier traitement avant d'utiliser BELOTERO Soft. Il n'y a aucune donnée clinique sur l'utilisation simultanée de BELOTERO Soft et les traitements mentionnés ci-dessus.

Aucune donnée clinique n'est disponible sur les injections de BELOTERO Soft dans une zone déjà traitée avec un autre produit de comblement.

Vérifier l'intégrité de l'emballage interne, ainsi que la date de péremption de l'aiguille et de la seringue avant tout usage. Ne pas utiliser ces produits au-delà de la date de péremption ou si l'emballage a été ouvert ou endommagé. Les risques d'hématomes, de nodules ou de saignements au niveau du site d'injection sont plus fréquents chez les patients sous antithrombotiques, tels que l'aspirine ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Ne pas transférer BELOTERO Soft dans un autre contenant et ne pas le mélanger à d'autres substances.

Seul le gel est stérile. Pas l'extérieur de la seringue.

BELOTERO Soft ne doit pas être utilisé avec un système d'injection automatique non recommandé par MERZ/ANTEIS. En cas d'utilisation d'un système automatique, il est préalablement recommandé de lire son mode d'emploi et d'avoir été formé à son utilisation.

Jeter la seringue et le produit restant après usage.

Ce produit ne doit pas être restérilisé ni réutilisé en raison des risques associés, y compris infectieux.

Le patient doit éviter tout maquillage au minimum dans les 12 heures qui suivent le traitement ainsi que les saunas, les hammams et les expositions prolongées au soleil ou aux rayons UV pendant deux semaines après le traitement. Le patient doit également éviter toute pression et/ou manipulation au niveau de la zone traitée.

## Incompatibilités

Le hyaluronate de sodium précipite en présence de sels d'ammonium quaternaire (comme le chlorure de benzalkonium). Il est donc recommandé de ne pas utiliser ce type de produits avec BELOTERO Soft.

Aucune interaction n'est connue avec les autres anesthésiques locaux ou locorégionaux.

#### Effets secondaires

Le praticien doit informer les patients des effets secondaires possibles avant le traitement. De très faibles saignements peuvent se produire pendant l'injection ; ils disparaissent spontanément dès la fin de l'injection. Dans certains cas, l'une ou plusieurs des réactions suivantes peuvent être observées, soit immédiatement, soit plus tardivement (liste non exhaustive) :

- réactions habituellement associées aux injections telles que rougeur, érythème, œdème ou douleur, parfois accompagnées de démangeaisons au niveau de la zone traitée. Ces réactions peuvent durer une semaine ;
- hématomes au niveau de la zone traitée ;
- gonflements au niveau de la zone traitée ;
- indurations ou nodules au niveau de la zone traitée ;
- coloration ou décoloration au niveau de la zone traitée ;
- allergie à l'un des composants du produit, en particulier le hyaluronate de sodium ;
- des cas de nécrose, d'abcès ou de granulomes ont été signalés dans des publications médicales après injection de hyaluronate de sodium. Ces risques sont rares mais doivent néanmoins être considérés.

Les patients doivent être invités à signaler à leur médecin tout effet secondaire persistant plus d'une semaine. Le médecin pourra dans ce cas lui prescrire un traitement approprié.

#### Assemblage de l'aiguille sur la seringue

Pour un usage optimal de BELOTERO Soft, il est important de fixer correctement l'aiguille sur la seringue.

Voir les schémas 1, 2, 3 et 4.

1. Maintenir fermement le corps en verre de la seringue et l'adaptateur Luer-lock entre le pouce et l'index.
2. Saisir le bouchon de protection de l'autre main et le dévisser.
3. Pousser et tourner l'aiguille sur la seringue jusqu'à l'apparition d'une résistance. Ne pas serrer excessivement l'aiguille sous peine de déplacer l'adaptateur Luer-lock et de le désolidariser de la seringue.
4. Maintenir l'adaptateur Luer-lock et retirer le capuchon de protection de l'aiguille.

#### Conservation

Ce produit doit être conservé entre 2 °C et 30 °C. Protéger de la lumière et du gel. Éviter les chocs mécaniques.

#### Références

La documentation mise à jour peut être obtenue auprès d'ANTEIS SA, Suisse.

## GB INSTRUCTIONS FOR USE FOR BELOTERO® SOFT

#### Description

BELOTERO Soft is a sterile, non-pyrogenic, viscoelastic, colourless, transparent cross-linked sodium hyaluronate gel of non-animal origin in a physiological phosphate buffer.

#### Presentation

BELOTERO Soft is presented in a single use pre-filled glass syringe sterilized by moist heat. Each box contains one instruction leaflet, one syringe, two traceability labels and two sterile CE-marked needles for single use only. The dimensions of needles are stated on the external box.

#### Composition

Cross-linked sodium hyaluronate: 20.0 mg/ml

Phosphate buffer pH 7 q.s.: gel volume

The volume of the gel in each syringe is stated on the external box.

#### Indications

BELOTERO Soft is an injectable resorbable implant indicated to fill fine facial lines and wrinkles as well as for lip enhancement. It is also suitable for the correction of facial atrophic scars.

#### Posology and administration method

BELOTERO Soft is designed to be injected into the superficial to mid-dermis by a legally approved practitioner.

BELOTERO Soft can be used for all skin types.

For successful treatment it is essential that the practitioner has received a specific training on the injection techniques for filling wrinkles and folds. A good knowledge of the anatomy and physiology of the site to be treated is required. The treatment must be carried out under appropriate aseptic conditions.

BELOTERO Soft must be injected into a healthy, non-inflamed and previously rigorously disinfected skin.

If necessary a local or loco-regional anaesthetic may be applied according to its instructions for use.

It is recommended to use one of the supplied needles.

To ensure optimal use of BELOTERO Soft, it is recommended to assemble the needle according to the diagrams below.

BELOTERO Soft can be used in combination with other BELOTERO products during the same session. Instructions for use of each product should be followed.

If the needle becomes obstructed and the injection pressure is too high, stop the injection and change the needle.

BELOTERO Soft should be injected slowly. The quantity of the gel to be injected depends on the area to be treated and the correction to be achieved. Do not over-correct.

Gently massage the treated area after the injection to distribute the product uniformly.

#### Contra-indications

BELOTERO Soft is contra-indicated:

- In case of known hypersensitivity to one of the product's components, especially to sodium hyaluronate,
- In pregnant and breast-feeding women,
- In young patients under 18 years old,
- In patients presenting a general infection.

Do not inject BELOTERO Soft into blood vessels.

Do not inject BELOTERO Soft into areas presenting cutaneous problems of an inflammatory or infectious type (acne, herpes...).

Do not inject BELOTERO Soft into an area previously treated with a permanent dermal filler.

#### Precautions for use

Before treatment the patient must be informed about the device, its contraindications and possible side effects.

In the absence of available clinical data on tolerance on the injection of BELOTERO Soft in patients with antecedents or with an active autoimmune disease or in patients presenting a history of severe multiple allergies or anaphylactic shock, the practitioner must decide whether to inject BELOTERO Soft on a case-by-case basis depending on the nature of the disease as well as the associated treatment. It is recommended to propose a prior double test to these patients and not to inject if the disease is evolving. It is also recommended to carefully monitor these patients after injection.

It is recommended not to inject BELOTERO Soft in patients with a history of streptococcal diseases and in patients pre-disposed to hypertrophic scars or cheloides.

BELOTERO Soft can be injected in the glabellar area only by trained experienced practitioners with a deep knowledge of the anatomy. Injection of dermal fillers into this area could potentially lead to local vascular occlusion, ischemia and necrosis.

BELOTERO Soft can be injected in the periorbital region only by trained experienced practitioners with a deep knowledge of the anatomy. Injection of dermal fillers into this area may be associated with an increased frequency and severity of side effects.

BELOTERO Soft must not be used in association with other aesthetic medicine techniques such as peeling, dermabrasion or any type of laser treatment before complete healing of the last treatment. In any case, even if the healing occurs earlier, BELOTERO Soft must not be used earlier than 2 weeks after the last treatment. No clinical data is available on the combined use of BELOTERO Soft with the above-mentioned treatments.

No clinical data is available on the injection of BELOTERO Soft into an area already treated with another filling product.

Check the integrity of the inner packaging and the expiry date for both the syringe and the needle prior to use. Do not use these products if the expiry date has lapsed or if the packaging has been opened or damaged.

Patients using antithrombotic substances such as aspirin or non-steroidal anti-inflammatory medications may have increased reactions of hematomas, nodules or bleeding at the injection site.

Do not transfer BELOTERO Soft into another container and do not add other substances to the product.

Only the gel is sterile, but not the outside of the syringe.

BELOTERO Soft must not be used with an automated injection system not recommended by MERZ/ANTEIS. If an automatic system is used, it is recommended that the practitioner has previously read its instructions for use and is trained on the use of the system.

Discard the syringe and the remaining product after use.

Do not re-sterilize and do not reuse due to the associated risks including infection.

The patient must avoid applying makeup for at least 12 hours after treatment as well as avoid saunas, Turkish baths and prolonged exposure to the sun or UV rays for 2 weeks after the treatment. Patients should also avoid putting pressure on and/or handling the treated area.

#### Incompatibilities

Sodium hyaluronate precipitates in the presence of quaternary ammonium salts (such as benzalkonium chloride). It is therefore recommended that BELOTERO Soft does not come into contact with such substances.

There is no known interaction with other local or loco-regional anesthetics.

#### Side effects

Patients must be informed by the practitioner about possible side effects before treatment. A slight bleeding may occur during the injection, and it disappears spontaneously as soon as the injection is finished. In occasional cases, one or more of the following may occur either immediately or as a delayed reaction (list not exhaustive):

- Reactions usually associated with injections such as redness, erythema, œdema, or pain sometimes accompanied by itching in the treated area. These reactions may last for a week.
- Hematomas in the treated area,
- Swelling in the treated area,
- Indurations or nodules in the treated area,
- Coloration or discoloration in the treated area,
- Allergy to one of the product's components, especially to sodium hyaluronate,
- Cases of necrosis, abscesses and granulomas after sodium hyaluronate injections have been reported in the literature. These rare potential risks must nevertheless be considered.

Patients should be instructed to report any side effects which last for more than one week to his/her practitioner. The practitioner may then prescribe the patient appropriate treatment.

#### Assembly of needle to syringe

For optimal use of BELOTERO Soft, it is important that the needle is properly connected to the syringe. See diagrams 1, 2, 3 and 4.

1. Firmly hold the glass cylinder of the syringe and the Luer-lock adaptor between the thumb and the index fingers.

2. Grasp the protective cap with the other hand and unscrew it.

3. Push & Twist the needle on the syringe until a resistance is felt. Do not over-tight. Over-tightening of the needle may lead to the Luer-lock moving and dislodging from the syringe.

4. Keep holding the Luer-lock and remove the sheath from the needle.

#### Storage

Store between 2 °C and 30 °C. Protect from light and freezing. Avoid mechanical shocks.

#### References

Updated documentation may be available from ANTEIS SA, Switzerland.

## D GEBRAUCHSINFORMATION FÜR BELOTERO® SOFT

#### Beschreibung

BELOTERO Soft ist ein steriles, pyrogenfreies, viskoelastisches, farbloses, durchsichtiges, Gel aus quervernetztem Natriumhyaluronat nicht-tierischen Ursprungs in einem physiologischen Phosphatküller.

#### Darreichungsform

BELOTERO Soft ist als Glas-Fertigspritze zum Einmalgebrauch erhältlich, die mit feuchter Hitze sterilisiert wurde.

Jede Packung enthält eine Gebrauchsinformation, eine Spritze, zwei Etiketten pro Spritze für die Rückverfolgbarkeit sowie zwei sterile, mit dem CE-Kennzeichen versehene Nadeln, die nur zum Einmalgebrauch bestimmt sind. Die Größen der Nadeln sind auf dem Umskarton angegeben.

#### Zusammensetzung

Quervernetztes Natriumhyaluronat: 20,0 mg/ml

Phosphatküller pH 7 q.s.: Füllmenge

Die Füllmenge jeder Spritze ist auf dem Umskarton angegeben.

#### Anwendungsgebiete

BELOTERO Soft ist ein injizierbares, resorbierbares Implantat zur Glättung von feinen Gesichtsfältchen und -falten sowie zur Lippenaugmentation. Es ist auch zur Korrektur von atrophischen Gesichtsnarben geeignet.

#### Dosierung und Art der Anwendung

BELOTERO Soft ist zur Injektion in die oberflächliche bis mittlere Dermis durch eine gesetzlich zugelassene anwendende Fachkraft bestimmt.

BELOTERO Soft kann bei allen Hauttypen eingesetzt werden.

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, dass die anwendende Fachkraft in Injektionstechniken zum Glätten von Gesichtsfältchen und -falten geschult ist. Weiterhin sind gute Kenntnisse der Anatomie und Physiologie des zu behandelnden Bereichs erforderlich.

Die Behandlung muss unter angemessenen aseptischen Bedingungen durchgeführt werden.

BELOTERO Soft darf nur in gesunde, nicht entzündete und zuvor sorgfältig desinfizierte Haut injiziert werden.

Falls erforderlich kann ein Lokalanästhetikum oder ein Lokal-/Regionalanästhetikum gemäß der jeweiligen Gebrauchsinformation verwendet werden. Es wird empfohlen, eine der mitgelieferten Nadeln zu verwenden.

Für eine optimale Anwendung von BELOTERO Soft sollte die Nadel wie nachstehend dargestellt aufgesetzt werden.

BELOTERO Soft kann in derselben Sitzung mit anderen BELOTERO-Produkten kombiniert werden. In diesem Fall ist die Gebrauchsinformation des jeweiligen Produkts zu beachten.

Wenn die Nadel verstopft ist oder der Injektionsdruck zu hoch wird, brechen Sie die Injektion ab und tauschen Sie die Nadel aus.

BELOTERO Soft sollte langsam injiziert werden. Die Menge des zu injizierenden Gels ist vom Behandlungsbereich und dem gewünschten Ergebnis abhängig. Vermeiden Sie Überkorrekturen.

Massieren Sie den behandelten Bereich nach der Injektion leicht, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen.

#### Gegenanzeigen

BELOTERO Soft darf in den folgenden Fällen nicht angewendet werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Produkts, insbesondere Natriumhyaluronat.
- Während der Schwangerschaft und Stillzeit.
- Bei Jugendlichen unter 18 Jahren.
- Bei Patienten mit einer allgemeinen Infektion.

BELOTERO Soft darf nicht in Blutgefäße injiziert werden.

BELOTERO Soft darf nicht in Bereiche mit kutanen Entzündungen oder Infektionen (Akne, Herpes usw.) injiziert werden.

BELOTERO Soft darf nicht in einen zuvor mit einem permanenten dermalen Filler behandelten Bereich injiziert werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Vor der Behandlung muss der Patient über das Produkt, seine Gegenanzeigen und möglichen Nebenwirkungen informiert werden.

Da keine klinischen Daten zur Verträglichkeit und Wirksamkeit der Injektion von BELOTERO Soft bei Patienten mit vorbestehender oder aktiver Autoimmunerkrankung oder bei Patienten mit schweren multiplen Allergien oder anaphylaktischem Schock in der Vorgesichte vorliegen, muss der Arzt je nach Art der Erkrankung und der entsprechenden Behandlung von Fall zu Fall entscheiden, ob BELOTERO Soft angewendet werden darf. Bei dieser Patientengruppe wird empfohlen, einen doppelten Test vorab vorzuschreiben und keine Injektionen vorzunehmen, falls sich die Krankheit verschlimmert. Außerdem wird empfohlen, diese Patienten nach der Injektion sorgfältig zu überwachen.

BELOTERO Soft sollte nicht bei Patienten mit wiederholten Streptokokkenerkrankungen in der Vorgesichte oder bei Patienten mit Veranlagung zu hypertrophen Narben oder Keloiden injiziert werden.

BELOTERO Soft darf im Glabellabereich nur von erfahrenen qualifizierten Behandlern mit fundierten Kenntnissen der Anatomie injiziert werden. Die Injektion von Dermalfillern in diesem Bereich kann zu lokalen Gefäßkomplikationen wie zum Beispiel einer Ischämie oder Nekrose führen.

BELOTERO Soft darf im periorbitalen Bereich nur von erfahrenen qualifizierten Behandlern mit fundierten Kenntnissen der Anatomie injiziert werden. Die Injektion von Dermalfillern in diesem Bereich kann mit mehreren und stärker ausgeprägten Nebenwirkungen einhergehen.

BELOTERO Soft darf nicht zusammen mit anderen Verfahren der ästhetischen Medizin wie z.B. Peeling, Dermabrasion und jeder Form der Lasertherapie verwendet werden, solange das Behandlungsbereich nicht vollständig abgehobt ist. In jedem Fall, auch wenn die Heilung früher eintreten sollte, darf BELOTERO Soft frühestens 2 Wochen nach der letzten Behandlung angewendet werden. Es liegen keine klinischen Daten über die gleichzeitige Anwendung von BELOTERO Soft und den genannten Therapien vor.

Es liegen keine klinischen Daten über die Injektion von BELOTERO Soft in einen Bereich vor, der bereits mit einem anderen Produkt für den Volumenaufbau behandelt wurde.

Prüfen Sie vor der Anwendung die Unversehrtheit der Innenvorpackung und das Verfalldatum von Spritze und Nadel. Sie dürfen diese Produkte nicht mehr anwenden, wenn das angegebene Verfalldatum überschritten oder die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

Patienten, die Antithrombotika wie Aspirin oder nicht-steroidale Antirheumatika einnehmen, können verstärkt mit Hämatomen, Knötchen oder Blutungen an der Einstichstelle reagieren.

BELOTERO Soft darf nicht in ein anderes Behältnis umgefüllt werden, und dem Produkt dürfen keine anderen Substanzen hinzugefügt werden.

Nur das Gel ist steril, nicht jedoch die Außenseiten der Spritze.

BELOTERO Soft darf nur mit automatischen Injektionssystemen verwendet werden, die von MERZ/ANTEIS empfohlen sind. Bei Verwendung eines automatischen Systems sollte die anwendende Fachkraft die Bedienungsanleitung des Systems zuvor gelesen haben und in der Anwendung des Systems geschult sein.

Verwerfen Sie nach der Anwendung die Spritze und eventuell darin verbliebenes Produkt.

Die Spritze darf aufgrund der damit verbundenen Risiken, wie Infektion, weder erneut sterilisiert noch wiederverwendet werden.

Nach der Behandlung muss für mindestens 12 Stunden auf das Auftragen von Make-up verzichtet werden. Ebenso müssen für mindestens 2 Wochen nach der Behandlung der Besuch von Sauna und Dampfbad sowie eine längere Exposition gegenüber der Sonne oder UV-Strahlung vermieden werden. Patienten sollten auch vermeiden, Druck auf den behandelten Bereich auszuüben oder diesen zu berühren.

#### Inkompatibilitäten

Natriumhyaluronat fällt in Gegenwart quartärer Ammoniumsalze (wie z. B. Benzalkoniumchlorid) aus. Daher wird empfohlen, BELOTERO Soft nicht mit derartigen Substanzen in Kontakt zu bringen.

Wechselwirkungen mit anderen Lokalanästhetika oder Lokal-/Regionalanästhetika sind nicht bekannt.

#### Nebenwirkungen

Es sind Nebenwirkungen möglich, die dem Patienten vor der Behandlung dargelegt werden müssen. Während der Injektion kann es zu einer leichten Blutung kommen, welche spontan abklingt, sobald die Injektion beendet ist. Gelegentlich kann es zu einer oder mehreren der folgenden Reaktionen kommen, entweder sofort oder als verzögerte Reaktion (Liste nicht vollständig):

- Normalerweise mit Injektionen verbundene Reaktionen wie Rötung, Erythem, Ödem oder Schmerz, gelegentlich begleitet von Jucken im behandelten Bereich. Diese Reaktionen können eine Woche andauern
- Hämatome im behandelten Bereich
- Schwellung des behandelten Bereichs
- Verhärtungen oder Knötchen im behandelten Bereich
- Hautverfärbungen im behandelten Bereich
- Allergie gegen einen der Bestandteile des Produkts, insbesondere gegen Natriumhyaluronat
- In der Literatur wurde über Fälle von Nekrose, Abszessen und Granulomen nach Injektion von Natriumhyaluronat berichtet. Diese möglichen Risiken sind selten, müssen aber dennoch berücksichtigt werden.

Der Patient sollte angewiesen werden, dem Arzt jede Nebenwirkung mitzuteilen, die länger als eine Woche anhält. Der Arzt kann dann dem Patienten eine geeignete Behandlung verschreiben.

#### Aufsetzen der Nadel auf die Spritze

Für eine optimale Anwendung von BELOTERO Soft ist es wichtig, dass die Nadel korrekt auf die Spritze aufgesetzt ist.

Siehe Abbildungen 1, 2, 3 und 4.

- Halten Sie den Glaszylinder der Spritze und den Luer-Lock-Adapter fest zwischen Daumen und Zeigefinger.
- Fassen Sie mit der anderen Hand die Schutzkappe und schrauben Sie diese ab.
- Setzen Sie die Nadel auf die Spritze und drehen Sie sie gleichzeitig, bis Sie einen Widerstand spüren. Vermeiden Sie, die Nadel zu überdrehen. Ein Überdrehen der Nadel kann dazu führen, dass sich der Luer-Lock bewegt und von der Spritze löst.
- Halten Sie den Luer-Lock fest und entfernen Sie den Nadelschutz.

#### Lagerung

Zwischen 2 °C und 30 °C aufbewahren. Vor Licht und Frost schützen. Mechanische Erschütterungen vermeiden.

#### Literaturhinweise

Aktuelle Informationen sind auf Anfrage von ANTEIS SA, Schweiz, erhältlich.

## I ISTRUZIONI PER L'USO DI BELOTERO® SOFT

### Descrizione

BELOTERO Soft è un gel sterile, apriogeno, viscoelastico, incolore e trasparente. È composto da ialuronato di sodio reticolato di origine non animale e fornito in tampone fosfato salino.

### Presentazione

BELOTERO Soft viene fornito in una siringa monouso in vetro preriempita, sterilizzata con calore umido in autoclave. Ogni confezione contiene 1 foglio illustrativo, 1 siringa, 2 etichette di tracciabilità e 2 aghi sterili marcati CE esclusivamente monouso. Le dimensioni degli aghi sono riportate sulla confezione esterna.

### Composizione

ialuronato di sodio reticolato: 20,0 mg/ml

Tampone fosfato pH 5 s.q.: volume del gel

Il volume di gel contenuto in ogni siringa è riportato sulla confezione esterna.

### Indicazioni

BELOTERO Soft è un impianto iniettabile e riassorbibile, indicato per il riempimento di solchi e rughe sottili del viso e per il rimodellamento delle labbra. È adatto anche per la correzione delle cicatrici atrofiche del viso.

### Posologia e modo di somministrazione

BELOTERO Soft va utilizzato per iniezioni nel derma superficiale o medio da un medico debitamente abilitato a questa procedura.

BELOTERO Soft può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle.

Per il successo del trattamento, la formazione specifica del medico alle tecniche d'iniezione per il riempimento di rughe e pieghe è un requisito essenziale. È necessario avere una buona conoscenza dell'anatomia e della fisiologia del sito da trattare.

Il trattamento va eseguito in condizioni di asepsi adeguate.

BELOTERO Soft deve essere iniettato in una pelle sana, non infiammata e disinfeccata accuratamente in precedenza.

Se necessario, può essere utilizzato un anestetico locale o loco-regionale attenendosi alle relative istruzioni per l'uso.

Si raccomanda di utilizzare uno degli aghi forniti nella confezione.

Per un uso ottimale di BELOTERO Soft, si raccomanda di eseguire il montaggio dell'ago come illustrato negli schemi qui di seguito.

BELOTERO Soft può essere utilizzato in associazione con altri prodotti BELOTERO durante la stessa sessione. È necessario attenersi alle istruzioni per l'uso di ciascun prodotto.

Se l'ago si ostruisce e la pressione dell'iniezione è eccessiva, sospendere la procedura e cambiare ago.

BELOTERO Soft deve essere iniettato lentamente. La quantità di gel da iniettare dipende dall'area da trattare e dalla correzione da ottenere. Non è necessaria sovraccorrezione.

Dopo l'iniezione, eseguire un leggero massaggio sull'area trattata, per una distribuzione uniforme del prodotto.

### Controindicazioni

BELOTERO Soft è controindicato nei seguenti casi:

- Ipersensibilità nota a uno dei componenti del prodotto, in particolare allo ialuronato di sodio;

- Nelle donne incinte e che allattano al seno;

- Nei giovani pazienti di età inferiore a 18 anni;

- Nei pazienti che presentino un'infezione generale.

Non iniettare BELOTERO Soft nei vasi sanguigni.

Non iniettare BELOTERO Soft in aree che presentino problemi cutanei di natura infiammatoria o infettiva (acne, herpes, ecc.).

Non iniettare BELOTERO Soft in un'area precedentemente trattata con un filler dermico permanente.

### Precauzioni d'uso

Prima del trattamento, il paziente deve ricevere informazioni adeguate sul dispositivo, sulle controindicazioni e su eventuali effetti collaterali.

In assenza di dati clinici sulla tolleranza delle iniezioni di BELOTERO Soft nei pazienti con malattia autoimmune passata o in corso, o che presentino un'anamnesi di gravi allergie multiple o shock anafilattico, il medico deve decidere caso per caso se procedere con l'iniezione di BELOTERO Soft a seconda della natura della malattia e del trattamento in corso. Si raccomanda di proporre a questi pazienti di sottoporsi a un doppio test preliminare e di non iniettare il prodotto se la malattia è in progressione. Si raccomanda inoltre di monitorare attentamente questi pazienti dopo l'iniezione.

Si raccomanda di non iniettare BELOTERO Soft nei pazienti con un'anamnesi di infezioni streptococciche e nei pazienti predisposti a cicatrici ipertrofiche o cheloidi.

BELOTERO Soft può essere iniettato nell'area glabellare solo da medici abilitati ed esperti, che abbiano una profonda conoscenza dell'anatomia del sito da trattare. Le iniezioni di filler dermici in quest'area potrebbero causare occlusione vascolare, ischemia e necrosi locali.

BELOTERO Soft può essere iniettato nella regione periorbitale solo da medici abilitati ed esperti, che abbiano una profonda conoscenza dell'anatomia del sito da trattare. Le iniezioni di filler dermici in quest'area potrebbero essere associate a un aumento della frequenza e della gravità degli effetti collaterali.

BELOTERO Soft non deve essere utilizzato in associazione con altre tecniche di medicina estetica quali delaminazione (peeling), dermoabrasione o qualsiasi altro tipo di trattamento laser prima della completa guarigione dal trattamento più recente. In ogni caso, anche se si raggiunge la guarigione prima del previsto, BELOTERO Soft non deve essere utilizzato prima di 2 settimane dopo l'ultimo trattamento. Non sono disponibili dati clinici sull'uso combinato di BELOTERO Soft con i trattamenti sopra menzionati.

Non sono disponibili dati clinici sull'iniezione di BELOTERO Soft in un'area già trattata con un altro prodotto filler.

Prima dell'uso, controllare l'integrità della confezione interna e la data di scadenza sia della siringa che dell'ago. Non utilizzare questi prodotti dopo la data di scadenza e se la confezione è stata aperta o danneggiata.

I pazienti che assumono sostanze antitrombotiche, quali aspirina o farmaci anti-infiammatori non steroidi, hanno una maggiore probabilità di sviluppare reazioni quali ematomi, noduli o sanguinamenti in sede di iniezione. Non trasferire BELOTERO Soft in un altro contenitore e non aggiungere altre sostanze al prodotto.

Soltanto il gel è sterile, non la superficie esterna della siringa.

BELOTERO Soft non deve essere utilizzato con un dispositivo di iniezione automatico non raccomandato da Merz/Anteis. Se si utilizza un dispositivo automatico, si raccomanda che il medico abbia precedentemente letto le istruzioni per l'uso del dispositivo di iniezione e che sia addestrato al suo utilizzo.

Dopo l'uso, gettare la siringa e il prodotto residuo.

Non risterilizzare e non riutilizzare, a causa dei rischi associati a tali pratiche, comprese le infezioni.

Il paziente deve evitare di truccarsi per almeno 12 ore dopo il trattamento e deve evitare saune e bagni turchi nonché un'esposizione prolungata al sole o ai raggi UV per 2 settimane dopo il trattamento. I pazienti devono anche evitare di esercitare pressione e/o manipolare l'area trattata.

#### Incompatibilità

Lo ialuronato di sodio precipita in presenza di sali ammonici quaternari (quale il cloruro di benzalconio). Si raccomanda quindi che BELOTERO Soft non entri in contatto con tali sostanze.

Non sono note interazioni con altri anestetici locali o loco-regionali.

#### Effetti collaterali

Prima del trattamento, i pazienti devono essere informati dal medico dei possibili effetti collaterali. Durante l'iniezione potrebbe verificarsi un leggero sanguinamento che dovrebbe comunque scomparire spontaneamente al termine dell'iniezione. In alcuni casi subito dopo l'iniezione, o come reazione tardiva, potrebbero svilupparsi una o più delle seguenti reazioni (elenco non esaustivo):

- Reazioni solitamente associate all'iniezione come arrossamento, eritema, edema o dolore, a volte accompagnate da prurito nell'area trattata. Queste reazioni possono durare una settimana;
- Ematomi nell'area trattata;
- Tumefazione nell'area trattata;
- Indurimenti o noduli nell'area trattata;
- Alterazioni del colore della pelle nell'area trattata;
- Allergia a uno o più componenti del prodotto, in particolare allo ialuronato di sodio;

In letteratura dopo le iniezioni di ialuronato di sodio sono stati riferiti casi di necrosi, ascessi e granulomi. Tali rischi potenziali, benché rari, devono essere tenuti in considerazione.

I pazienti devono essere informati della necessità di segnalare al medico l'insorgenza di qualsiasi effetto collaterale che duri più di una settimana. Il medico potrà infatti prescrivere al paziente un trattamento adeguato.

#### Montaggio dell'ago nella siringa

Per un uso ottimale di BELOTERO Soft, è importante che l'ago sia correttamente inserito nella siringa.

Vedere gli schemi 1, 2, 3 e 4.

1. Tenere saldamente il cilindro in vetro della siringa e l'adattatore Luer-lock tra pollice e indice.
2. Con l'altra mano, impugnare il tappo protettivo e svitarlo.
3. Spingere e far ruotare l'ago sulla siringa fino al fermo. Non stringere eccessivamente per evitare che il Luer-lock si sposti e si distacchi dalla siringa.
4. Continuando a tenere il Luer-lock, rimuovere la guaina dall'ago.

#### Conservazione

Conservare a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C. Proteggere dalla luce e dal gelo. Evitare shock meccanici.

#### Bibliografia

La documentazione aggiornata potrebbe essere disponibile presso ANTEIS SA, Svizzera.



Attention  
Caution  
Vorsicht.  
Attenzione!



Consulter la notice  
Consult instructions for use  
Gebrauchsweisung beachten  
Leggere le istruzioni per l'uso.



Produit à usage unique. Ne pas réutiliser.  
Single use product. Do not re-use  
Nur zum Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden.  
Prodotto monouso. Non riutilizzare.



Stérile. Stérilisé par chaleur humide. Seul le gel est stérile. Pas l'extérieur de la seringue.  
Sterile. Sterilized by moist heat. Only the gel is sterile, but not the outside of the syringe.  
Steril. Sterilisiert mit Dampf. Steril ist nur das Gel, nicht jedoch die Außenseite der Spritze.  
Sterile. Sterilizzato con calore umido. Soltanto il gel, e non la superficie esterna della siringa, è sterile.



Stérile. Stérilisé par irradiation. Seule l'aiguille est stérile, et non la partie externe de l'emballage de l'aiguille.  
Sterile. Sterilized by irradiation. Only the needle itself is sterile, but not the outside of the needle packaging.  
Steril. Sterilisiert durch Bestrahlung. Nur die Nadel selbst ist steril, nicht jedoch die Außenseite der Verpackung der Nadel.  
Sterile. Sterilizzato tramite irradiazione. Soltanto l'ago, e non la superficie esterna della confezione dell'ago, è sterile.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  
Do not use if package is damaged  
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.  
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Limite de température: 2 °C – 30 °C  
Temperature limit of storage: 2 °C – 30 °C  
Begrenzung der Lagertemperatur: 2 °C – 30 °C  
Limite di temperatura di conservazione: 2 °C - 30 °C.



Numéro de lot  
Batch code  
Chargennummer  
N. lotto.



Date de péremption  
Use-by date  
Verwendbar bis  
Data di scadenza.



Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Ce marquage est suivi par le numéro d'identification de l'organisme notifié CE mark in accordance with Directive 93/42/EEC relating to medical devices. This mark is followed by the notified body number.

Kennzeichnung CE entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Diesem Zeichen folgt die Nummer der benannten Stelle.

Marchio CE in conformità con la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. Questo marchio è seguito dal numero dell'organismo notificato.



Ouvrir le blister en tirant sur l'opercule dans le sens de la flèche  
Open the blister by pulling the Tyvek lid following the arrow  
Öffnen des Blisters durch Abziehen der Abdeckfolie in Pfeilrichtung  
Aprire il blister tirando il foglio in Tyvek seguendo la freccia



Date de fabrication  
Date of manufacture  
Herstellungsdatum  
Data di produzione



Fabricant  
Manufacturer  
Hersteller  
Fabbricato da



Fabricant des aiguilles / Manufacturer of the needles / Hersteller der Nadeln / Fabbricante degli aghi:

TSK Laboratory, Japan,  
2-1-5 Hirayamagi-cho, Tochigi-Shi,  
Tochigi-Ken, 328-0012 Japan;

Représentant de la communauté européenne / European Community Representative / EU Représentant / Rappresentante nella Comunità Europea:  
Emergo Europe  
Molenstraat 15, 2513 BH The Hague  
The Netherlands

Ces aiguilles sont marquées CE  
The needles are CE marked  
Die Nadeln sind mit folgendem CE-Kennzeichen versehen  
Gli aghi sono marcati CE

CE 0123

Fabricant de BELOTERO Soft / Manufacturer of BELOTERO Soft / Hersteller von BELOTERO Soft / Fabbricante di BELOTERO Soft:

#### ANTEIS SA

18 Chemin des Aux  
CH-1228 Plan-les-Ouates  
Geneva, Switzerland

BELOTERO Soft est marqué CE  
BELOTERO Soft is CE marked  
BELOTERO Soft ist mit folgendem CE-Kennzeichen versehen  
BELOTERO Soft è marcato CE

CE 0120

Date de révision de la notice / Date of the instructions for use / Stand der Information / Data delle istruzioni per l'uso: 2015-04-13