


INT 1_IFU_me280137_59544_Belo_Hydro



Keim GmbH
Rheinstraße 1–5, 63225 Langen
Standort: Otto-Hahn-Straße 41,
63456 Hanau, Tel. +49 6181-9886-10

Belotero Hydro
GA International

Job No.: me280137	Created at: 29.08.2016	Operator: to
Size: 350 x 297 mm (bx h)	1. AC: 01.09.2016 to	5. AC:
MN 59544	2. AC: 12.09.2016 to	6. AC:
AM 24459	3. AC: 15.09.2016 to	7. AC:
Typestyle: Avenir	4. AC: 16.09.2016 to	8. AC:
	Type size: 5 pt	



Consumer Care	Freigabe	Freigabe nach Korrektur	Neuvorlage nach Korrektur	Datum, Unterschrift
Produktmanager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leitung Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forschung u. Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arzneimittelzulassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rechtsabteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

mia del sito da trattare. Le iniezioni di gel nei tessuti molli di quest'area potrebbero essere associate alla formazione della fibrosi e delle cicatrici degli effetti collaterali.

BELOTERO Hydro può essere utilizzato in associazione con altri prodotti Belotero durante la stessa sessione. È necessario attenersi alle istruzioni per l'uso di ciascun prodotto. BELOTERO Hydro può essere utilizzato in associazione con trattamenti quali quelli contenenti tossina botulinica o Radiesse®. Gli specialisti devono avere un'esperienza adeguata; i pazienti, inoltre, devono essere scelti opportunamente poiché i benefici e gli eventi avversi possono essere cumulativi e la casualità degli eventi avversi può diventare difficile da determinare. Si raccomanda di seguire le istruzioni per l'uso, le indicazioni sulla profondità dell'iniezione e i consigli appropriati per ciascun prodotto. Non sono disponibili dati clinici sull'iniezione di BELOTERO Hydro in una zona composta da più di due componenti.

BELOTERO Hydro non deve essere utilizzato in associazione con altre tecniche di medicina estetica quali peeling o dermabrasione prima della completa guarigione dell'ultimo trattamento. Tenere presente che, anche se si raggiunge la guarigione prima del previsto, BELOTERO Hydro non deve essere utilizzato prima di 2 settimane dopo l'ultimo trattamento. Non sono disponibili dati clinici sull'uso combinato di BELOTERO Hydro con i trattamenti menzionati qui sopra.

BELOTERO Hydro può essere utilizzato in combinazione con i trattamenti laser che, però, devono essere effettuati 1 o 2 mesi prima delle iniezioni di acido ialuronico.

Prima dell'uso, controllare l'integrità della confezione interna e la data di scadenza sia della siringa che della dose. Non utilizzare questi prodotti dopo la data di scadenza se la confezione interna è stata aperta o danneggiata.

I pazienti che utilizzano farmaci anticoagulanti, antiaggreganti o trombotici (per es. warfarin), farmaci antinfiammatori (corticosteroidi) o FANS o altre sostanze conosciute per la loro azione di aumentare il tempo di coagulazione (vitamine o integratori a base di erbe, per es. la Vitamina E, l'aglio, il ginkgo) da 10 giorni prima e fino a 3 giorni dopo l'iniezione possono riscontrare un aumento di reazioni come ematomi, noduli o sanguinamenti nel sito di iniezione.

Non trasferire BELOTERO Hydro in un altro contenitore e non aggiungere altri ingredienti al prodotto.

Soltanto il gel, e non la superficie esterna della siringa, è sterile.

BELOTERO Hydro non deve essere utilizzato con un dispositivo di iniezione automatico non raccomandato da MERZ / ANTEIS. Se si utilizza un dispositivo automatico, si raccomanda che il medico abbia precedentemente letto le istruzioni per l'uso del dispositivo di iniezione e che sia addestrato al suo utilizzo.

Dopo l'uso, gettare la siringa e il prodotto residuo e gli aghi nell'apposito contenitore.

Non risterilizzare e non riutilizzare, a causa dei rischi associati a tali pratiche, comprese le infezioni.

Il paziente deve evitare di truccarsi per almeno 12 ore dopo il trattamento e deve evitare saune, piedi e docce calde, perché le esposizioni dirette al sole o ai raggi UV per almeno 2 settimane dopo il trattamento. I pazienti devono anche evitare di esercitare pressione e/o manipolare l'area trattata. Quando si è eseguita la tecnica micro-papule, il paziente può massaggiare le papule a condizione che le mani e l'area trattata vengano disinfectate.

Incompatibilità

Lo ialuronato di sodio precipita in presenza di sali ammonici quaternari (quale il cloruro di benzalconio). È consigliabile quindi che BELOTERO Hydro non entri in contatto con tali sostanze.

Non sono note interazioni con altri anestetici locali o loco-regionali.

Effetti collaterali ed eventi avversi

Prima dell'iniezione, i pazienti devono essere informati dai medici dei possibili effetti collaterali ed eventi avversi.

Effetti collaterali:

A seguito dell'iniezione, possono verificarsi reazioni cutanee attorno al sito di iniezione che, tuttavia, scompaiono spontaneamente entro pochi giorni. Tali reazioni comprendono tumefazione, edema, protuberanza/tumefazioni, contusione, indurimento, eritema/arrossamento, dolore, alterazione del colore e prurito. Queste reazioni attorno al sito di iniezione sono di intensità generalmente lieve o moderata. Nel sito di iniezione potrebbe verificarsi un sanguinamento transitorio che dovrebbe comunque interrompersi spontaneamente al termine dell'iniezione.

Escluso

In alcuni casi solo dopo l'iniezione, o come reazione tardiva, potrebbero svilupparsi una o più delle seguenti reazioni: infiammazione, eruzione cutanea, sensazione di bruciore, prurito, edema, tumefazione, iper o ipopigmentazione, effetto "lyndall", vescicole, indurimento, protuberanza/tumefazioni o noduli.

In letteratura sono riportati rari casi dei seguenti eventi avversi a seguito di trattamenti con prodotti a base di acido ialuronico come infusione e ascesso, cicatrizzazione, ipersensibilità a allergia a uno dei componenti del prodotto (per es. acido ialuronico, glicerolo, acido citrico), granuloma, schema o necrosi. Il rischio aumenta con iniezioni profonde e con volumi elevati.

In letteratura sono riportati rari casi di reazioni avverse a seguito di iniezioni involontarie in arteria. Tali casi si verificano raramente soprattutto con gel a bassa viscosità.

I pazienti devono essere informati della necessità di segnalare al medico l'insorgenza di effetti collaterali che durino più di una settimana e di effetti avversi non appena si verifichino, soprattutto se il paziente presenta cambiamenti della visione, segni d'ictus (compresa improvvisa difficoltà di eloquio, intoppi/diffidenza della debolezza del viso, delle braccia o delle gambe, difficoltà di deambulazione, aspetto "cadente" del volto, mal di testa severo, capogiri o confusione), sbiancamento della cute o dolori insoliti durante o poco dopo il trattamento. Il medico potrà infatti consigliare al paziente un trattamento adeguato.

Montaggio degli aghi e siringa

Per un trattamento di BELOTERO Hydro è importante che l'ago sia correttamente inserito nella siringa. Vedere gli schemi 1, 2, 3 e 4.

1. Tenere saldamente il cilindro in vetro della siringa e l'adattatore luer-lock tra pollice e indice.

2. Con l'altra mano, afferrare il tappo protettivo e svitarlo.

3. Spingere e far ruotare l'ago sulla siringa fino al fermo. Non stringere eccessivamente per evitare che il Luer-lock si sposti e si distacchi dalla siringa.

4. Continuando a tenere il Luer-lock, rimuovere la guaina dall'ago.

Conservazione

Conservare a una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C. Proteggere dalla luce e dal gelo. Evitare urti.

Bibliografia

La documentazione aggiornata può essere disponibile presso ANTEIS SA, Svizzera.



Attention
Caution
Vorsicht
Attenzione



Consulte la notice
Consult instructions for use
Gebrauchsanweisung beachten
Consultare le istruzioni per l'uso



Produit à usage unique. Ne pas réutiliser.
Single use product. Do not reuse.
Nur zum Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden.
Prodotto monouso. Non riutilizzare.



Stérile. Stérilisé par chaleur humide. Seul l'ago est stérile. Pas l'extérieur de la siringue.
Sterile. Sterilized by moist heat. Only the needle is sterile, but not the outside of the syringe.
Steril. Sterilisiert durch Bestrahlung. Nur die Nadel selbst ist steril, nicht jedoch die Außenseite der Spritze.
Sterile. Sterilizzato con calore umido. Soltanto l'ago, e non la superficie esterna della confezione dell'ago, è sterile.



Stérile. Stérilisé par irradiation. Seule l'aiguille est stérile, et non la partie externe de l'emballage de l'aiguille.
Sterile. Sterilized by irradiation. Only the needle itself is sterile, but not the outside of the needle packaging.
Steril. Sterilisiert durch Bestrahlung. Nur die Nadel selbst ist steril, nicht jedoch die Außenseite der Verpackung der Nadel.
Sterile. Sterilizzato con radiazioni. Soltanto l'ago, e non la superficie esterna della confezione dell'ago, è sterile.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
Do not use if package is damaged.
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Limite de température: +2°C - +25°C
Temperature limit of storage: 2°C - 25°C
Begrenzung der Lagertemperatur: 2°C - 25°C
Limite della temperatura di conservazione: 2°C - 25°C



Número de lot.
Batch code
Chargenummer
Número de loto













CE 0086

CE 0120

MN 59544-09 16 V03












BELOTERO® HYDRO

F NOTICE BELOTERO® HYDRO GB INSTRUCTIONS FOR USE FOR BELOTERO® HYDRO




D GE BRAUCHSINFORMATION FÜR BELOTERO® HYDRO

I ISTRUZIONI PER L'USO DI BELOTERO® HYDRO



	Job No.: me280137	Created at: 29.08.2016	Operator: to
Size: 350 x 297 mm (bx h)		1. AC: 31.08.2016 to	5. AC:
MN 59544	MC 0000	2. AC: 12.09.2016 to	6. AC:
AM 24459	MZ/AZ 0000	3. AC: 15.09.2016 to	7. AC:
Typestyle: Avenir		4. AC: 16.09.2016 to	8. AC:
		Type size: 5 pt	
Belotero Hydro GA International	Black	Stanz-farbe	

Consumer Care	Freigabe	Freigabe nach Korrektur	Neuvorlage nach Korrektur	Datum, Unterschrift
Produktmanager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leitung Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forschung u. Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arzneimittelzulassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rechtsabteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



BELOTERO Hydro ne doit pas être utilisé avec un système d'injection automatique non recommandé par MERZ / ANTEIS. En cas d'utilisation d'un système d'injection automatique, le praticien doit être habilité à utiliser ce type de système et doit lire le mode d'emploi avant toute utilisation.

Jetter la seringue, le produit restant et les aiguilles après usage dans un contenant approprié, conformément à la réglementation locale applicable.

Ce produit ne doit pas être restérilisé ni réutilisé en raison des risques divers, y compris infectieux.

Le patient doit éviter au minimum tout maquillage dans les 12 heures qui suivent le traitement. Le patient doit également éviter toute pression et/ou manipulation au niveau de la zone traitée. Si la technique des micropapules a été utilisée, le patient doit éviter de desserrer les papules à condition d'avoir au préalable pris le soin de se désinfecter les mains et de désinfecter les zones traitées.

Incompatibilités

Le hyaluronate de sodium précipite en présence de sels d'ammonium quaternaire (comme le chlorure de benzalkonium). Il est donc recommandé de ne pas utiliser ce type d'antiseptiques avec BELOTERO Hydro.

Aucune interaction n'est connue avec les anesthésiques locaux ou loco-régionaux.

Effets secondaires et effets indésirables

Le praticien doit informer les patients des effets secondaires possibles et des événements indésirables éventuels.

Effets secondaires

Des réactions au site d'injection telles qu'un œdème, un nodule ou une gousseuse/bosse, une érythème, une induction, un érythème/rougeur, une douleur, une décoloration ou un prurit/démarquaisons peuvent apparaître après l'injection mais disparaissent spontanément après quelques jours.

Ces réactions sont généralement d'intensité légère à modérée. Un saignement transitoire peut survenir pendant l'injection, mais il disparaît au général spontanément dès la fin de l'injection.

Réactions d'adverse

Dans certains cas, une ou plusieurs des réactions suivantes peuvent être observées, soit immédiatement, soit plus tard : inflammation, rash, sensation de brûlure, pruritus/démarquaisons, hématoxe, œdème, gonflement, hyper- ou hypopigmentation, effet Tyndall, cloque, induration, gousseuse/bosse ou nodule.

De rares cas d'infection et d'abcès, de cicatrices, d'hypersensibilité ou d'allergie à l'un des composants du produit (par exemple acide hyaluronique, glycérol, acide citrique), de granulome, d'ischémie ou de nécrose ont été décrits dans la littérature. Ces risques sont plus élevés pour des injections profondes et des grands volumes.

Des cas isolés de troubles de la vision consécutifs à une injection intra-artériel volontaire ont été décrits dans la littérature. La probabilité que ces cas se présentent est faible, en particulier dans le cas d'un œdème.

Le patient doit être invité à signaler à son médecin tout effet secondaire persistant plus d'une semaine ainsi que tout événement indésirable des appariions, en particulier s'il présente des modifications de la vision, des signes d'accident vasculaire cérébral (y compris une difficulté d'élocution, un engourdissement ou une faiblesse au niveau du visage, des bras ou des jambes, une difficulté à marcher, un affaissement du visage, une céphalée sévère, des vertiges ou une confusion), une pâleur de la peau ou une douleur inhabituelle durant la procédure ou juste après.

Montage de l'aiguille sur la seringue

Pour l'usage optimal de BELOTERO Hydro, il est important de bien fixer l'aiguille sur la seringue. Voir les schémas 1, 2 et 4.

1. Maintenir fermement le corps en verre de la seringue et l'adaptateur Luer-Lock entre le pouce et l'index.

2. De l'autre main, dévisser le bouchon de protection.

3. Pousser et visser l'aiguille sur la seringue jusqu'à l'apparition d'une résistance. Ne pas serrer excessivement. Tout serrage excessif de l'aiguille peut déplacer l'adaptateur Luer-Lock et le désolidariser de la seringue.

4. Continuer à maintenir l'adaptateur Luer-Lock et retirer le capuchon de protection de l'aiguille.

Ce produit doit être conservé entre +2 °C et +25 °C. Protéger de la lumière et du gel. Éviter les chocs mécaniques.

Références

La documentation mise à jour peut être obtenue auprès d'ANTEIS SA, Suisse.

GB INSTRUCTIONS FOR USE FOR BELOTERO® HYDRO

Description

BELOTERO Hydro est un stérile, non-pyrogène, viscoelastique, couleur, transparent sodium hyaluronate gel de non-animal origin in a physiological phosphate citrate buffer containing glycerol.

Présentation

BELOTERO Hydro is presented in a single use pre-filled glass syringe sterilized by moist heat. Each box contains one instruction leaflet, one syringe, two traceability labels and two sterile CE-marked needles for single use only. The dimensions of needles are stated on the external box.

Composition

Sodium hyaluronate: 18 mg/ml
Glycerol: 21 mg/ml
Phosphate-citrate buffer pH 7 q.s.: gel volume

The volume of the gel in each syringe is stated on the external box.

Indications

BELOTERO Hydro is an injectable biodegradable implant indicated for filling of depressions due to facial atrophic scars or for skin rehydration and rejuvenation. BELOTERO Hydro enables to increase skin firmness and elasticity and to improve complexion and radiance of the face, neck, décolleté and hands.

Posology, administration method and duration of effects

BELOTERO Hydro must be injected into the superficial dermis or the dermo-epidermal junction by a legally approved practitioner.

Facial atrophic scars are treated through one treatment session in the superficial part of the dermis. Skin rehydration and rejuvenation can be achieved with a treatment plan of 3 sessions of multipuncture or micro-papular injections 4 weeks apart into the superficial dermis or the dermo-epidermal junction.

BELOTERO Hydro may be injected using the multipuncture or the micro-papular techniques. It is advisable to use the multipuncture technique over the whole face performing a double series of parallel injections, the 2 series being perpendicular to each other. The micro-papules obtained by injecting the gel in small volumes can be considered on the most dehydrated areas. If this latter technique is used, it is recommended that the patient be informed that the micro-papules may be visible for 2 to 3 days.

In order to minimize the risks of potential complications, BELOTERO Hydro should only be used by health care practitioners who have appropriate training, experience, and who are knowledgeable about the anatomy at and around the site of injection. The treatment must be carried out under appropriate aseptic conditions.

BELOTERO Hydro must be injected into healthy, non-inflamed and previously appropriately disinfected skin.

If necessary a local or loco-regional anaesthetic may be applied according to its instructions for use. It is recommended to use the supplied needles.

To ensure optimal use of BELOTERO Hydro it is recommended to assemble the needle according to the diagrams below.

If the needle becomes obstructed and the injection pressure is too high, stop the injection and change the needle.

BELOTERO Hydro should be injected slowly. The quantity of the gel to be injected depends on the area to be treated.

There is no preclinical data available regarding the safety for injection of greater amounts of BELOTERO Hydro than those stated in the table below.

Gently massage the treated area after the injection to distribute the product uniformly.

Hyaluronic acid and glycerol are naturally occurring components of the skin and also responsible for water retention and balance in the tissues. Glycerol (Polylakohol) is a free scavenger which helps to stabilize sodium hyaluronate chains and the association of hyaluronic acid and glycerol should maintain the hydrating effect up to 60 days, the product slowly degrading over this period.

Contra-indications

BELOTERO Hydro is contra-indicated:

- In case of known hypersensitivity to one of the product's components, especially to sodium hyaluronate or glycerol;
- In pregnant and breast-feeding women;
- In patients under 18 years old;
- In patients presenting a general infection.

Do not inject BELOTERO Hydro into blood vessels. Introduction of product into the vasculature may lead to embolization, occlusion of the vessels, ischemia or infarction.

Do not inject BELOTERO Hydro into skin areas presenting active cutaneous inflammation or infection due to e.g. immunological, allergic, bacterial, fungal or viral causes.

Do not inject BELOTERO Hydro into an area previously treated with a permanent dermal filler.

Health care practitioners are encouraged to discuss all potential risks of soft tissue injection with their patients prior to treatment and ensure that patients are aware of signs and symptoms of potential complications.

Practitioners should take extra care when injecting soft tissue gels for example inject the product slowly and apply the least amount of pressure necessary. Rare but serious adverse events associated with the intravascular injection of soft tissue gels in the face have been reported and include temporary or permanent vision impairment, blindness, cerebral ischemia or cerebral hemorrhage, lead-

ing to stroke, skin necrosis, and damage to underlying facial structures. Practitioners should immediately stop the injection if any of the following occurs, including changes in vision, signs of a stroke, blanching of the skin or unusual pain during or shortly after the procedure. Patients should receive prompt medical attention and possibly evaluation by an appropriate health care practitioner specialist should an intravascular injection occur.

In the absence of available clinical data on tolerance on the injection of BELOTERO Hydro in patients with previous medical history with an active autoimmune disease or in patients presenting a history of severe multiple allergies or anaphylactic shock, the practitioner must decide whether to inject BELOTERO Hydro on a case-by-case basis depending on the nature of the disease as well as the associated treatment as it may worsen the existing patient health condition. It is recommended to do a prior double test to these patients and not to inject if the disease is evolving. It is also recommended to carefully monitor these patients after injection.

No clinical data is available on the injection of BELOTERO Hydro into patient with a Fitzpatrick skin type VI.

It is recommended not to inject BELOTERO Hydro in patients with a history of streptococcal skin diseases and in patients pre-disposed to hypertrophic scars or keloids.

BELOTERO Hydro can be injected in the periorbital region including tear trough only by trained experienced practitioners with a deep knowledge of the anatomy. Injection of soft tissue gels into this area may be associated with an increased frequency and severity of side effects.

BELOTERO Hydro must not be used in combination with other aesthetic medicine techniques such as botulinum toxin or fillers.

BELOTERO Hydro can be used in combination with other treatments such as with botulinum toxin or Radiesse®. Practitioners should be experienced and patients appropriately selected as benefits but also adverse events can be cumulative and causality of adverse events could become difficult to determine. Instructions for use, depth of injection and appropriate recommendation of each product should be followed. No clinical data is available on the injection of BELOTERO Hydro into an area already treated with another filler product.

BELOTERO Hydro must not be used with an automated injection system not recommended by MERZ / ANTEIS. In case of use of an automated injection system, the practitioner should immediately stop the injection if any of the following occurs, including changes in vision, signs of a stroke, blanching of the skin or unusual pain during or shortly after the last treatment. Any clinical data is available on the combined use of BELOTERO Hydro with the above mentioned treatments.

BELOTERO Hydro can be used in addition with laser treatments that should be conducted 1 or 2 months prior to hyaluronic acid injection.

Check the integrity of the inner packaging and the expiry date for both the syringe and the needle prior to use. Do not use these products if the expiry date has lapsed or if the inner packaging has been opened or damaged.

Patients should be instructed to report any side effects which last for more than one week and any adverse event as soon as it occurs to his/her practitioner, especially if patient has changes in his/her vision, signs of a stroke, blanching of the skin, or unusual pain during or shortly after the treatment. When the micro-papular technique has been used, the patient can massage the papules at the condition that the hands and treated area are disinfected.

Incision and drainage may be required to remove the needle and the catheter.

BELOTERO Hydro precipitates in the presence of quaternary ammonium salts (such as benzalkonium chloride). It is therefore recommended that BELOTERO Hydro does not come into contact with such substances.

There is no known interaction with local or loco-regional anesthetics.

Side effects and adverse events

Patients must be informed by the practitioner about possible side effects and adverse events before treatment.

Side effects:

Injections may occur following injection into the skin but disappear spontaneously within a few days. This includes swelling, nodule or lump/bump, bruising, induration, erythema, redness, pain, discoloration and pruritis/itching. These injection site reactions are generally of mild or moderate intensity. A transient bleeding may also occur at the injection site and usually stops spontaneously as soon as the injection is finished.

Adverse events

In occasional cases, one or more of the following may occur either immediately or as a delayed reaction: inflammation, rash, sensitivity, pruritis, stinging, hematoxe, edema, swelling, hyper- or hypo-pigmentation, Tyndall effect, blister, induration, lump/ bump or nodule.

Localised reactions of the following adverse events with hyaluronic acid products such as infection and abscess, scarring, hypersensitivity or allergy to one of the product's components (e.g. hyaluronic acid, glycerol, citric acid), granuloma, ischemia or necrosis. The risk is higher with deep injections and high volumes.

Isolated cases of visual impairment following unintentional intra-articular injection have been reported in literature. These cases are unlikely to occur especially with a gel of low viscosity.

Patients should be instructed to report any side effects which last for more than one week and any adverse event as soon as it occurs to his/her practitioner, especially if patient has changes in his/her vision, signs of a stroke, blanching of the skin, or unusual pain during or shortly after the treatment. The practitioner may then refer the patient to the appropriate treatment.

Assembly of needle to syringe

For optimal use of BELOTERO Hydro it is important that the needle is properly connected to the syringe. See diagrams 1, 2 and 4.

1. Firmly hold the glass cylinder of the syringe and the Luer-lock adaptor between the thumb and index finger.

2. Grasp the protective cap with the other hand and unscrew it.

3. Push & Twist the needle on the syringe until a resistance is felt. Do not over-tighten. Over-tightening of the needle may lead to the Luer-lock moving and dislodging from the needle.

4. Keep holding the Luer-lock and remove the sheath from the needle.

Storage

Store between 2 °C and 25 °C. Protect from light and freezing. Avoid mechanical shocks.

References

Updated documentation may be available from ANTEIS SA, Switzerland.